

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» (ГУЗ «РДКБ МЗ УР»)

ТАЗАЛЫКЕЗ УТЁНЬЯ КУН УЖЪЮРТ «УДМУРТ  
ЭЛЬКУНЫСЬ ТАЗАЛЫКЕЗ УТЁНЬЯ  
МИНИСТЕРСТВОЛЭН КЛИНИКАЁ НЫЛПИ  
ЭЛЬКУН ЭМЪЮРТЭЗ»

426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 79.  
Тел. (3412) 68-36-36, факс (3412) 68-38-58  
e-mail: [guzrdkb@udm.net](mailto:guzrdkb@udm.net) ИНН 1835027727

30.05.2011 № 01-25/662

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Отзыв

по использованию (апробации) крепления детского универсального (далее КДУ),  
предназначенного для фиксации детей раннего возраста при проведении  
рентгенологических исследований.

КДУ было установлен в рентгеновском отделении РДКБ на хирургической и педиатрической базах с 16.03.2011 г. по 31.05.2011 г. Исследования проводились на стационарном рентгенаппарате и на переносном - в отделении реанимации. Стационарные РДК не оснащены детским местом, поэтому КДУ такого типа нам жизненно необходимы.

Всего обследовано 67 детей, из них 22 новорожденных, 35 детей до 9 мес, 10 детей в возрасте 1 года.

При использовании КДУ мы выявили особенности:

- дети в люльке чувствуют себя комфортно;
- возможно проводить полипозиционное исследование, в т.ч. инвертограмму без технических трудностей;
- укладку и фиксацию детей необходимо проводить вдвоем, без рекомендуемого предварительного завертывание в пеленку, добиваясь симметричной укладки непосредственно в люльке;
- люлька имеет ограничение по длине, вмещаются дети ростом до 75 см;
- были трудности с защитой пациентов, желательна фиксация защитных пластин к раме люльки.

Для удобства работы с КДУ нами были выдвинуты несколько предложений по изменению в конструкции — это дополнительное крепление ребенка (увеличение объема охвата креплением в виде репейника), увеличение размера кассетодержателя на пленку 30x40, изменение фиксатора головы ребенка. Производители КДУ быстро отреагировали на просьбу и выполнили наши пожелания.

Рекомендуем приобретать устройство без его доработки для обследования новорожденных и детей до 9 мес.

После исправления наши замечаний использование КДУ будет более удобным, надежным.

И.о. зав. отделением лучевой диагностики  М.А.Дащенко

Заместитель главного врача по хирургии  Д.В.Кошеев